

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	INC-04-R03	
REVISIÓN:	TERCERA	
NOMBRE GENÉRICO:	INCUBADORAS DE LABORATORIO	
TIPO:	TARJETAS DE GEL	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control	
Capacidad	24 tarjetas
Temperatura	37°C ± 2°C
Tiempo programable mínimo	≥ 15 minutos
Interface de control	Tiempo de incubación y temperatura
Visualización	
Pantalla para parámetros	LCD o TFT o Display Digital
Alarmas	
Indicador Visual	Eventos de errores
Indicador Auditivo	Requerido
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001