

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES Nº:	LAS-01-R02	
REVISIÓN:	SEGUNDA	
NOMBRE GENÉRICO:	LÁSERES, DE Nd: YAG, PARA OFTALMOLOGÍA	
TIPO:	FOTOCOAGULADOR, 1064 NM	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 19/05/2018	Hasta: 19/05/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Oculares	Dos (02)
Fuente Láser	Nd: YAG
Longitud de onda	1064 nm
Duración de impulso	≤ 4 nsec
Frecuencia de repetición	≤ 3 Hz
Energía	≤ 10mJ
Lámpara de hendidura	Requerido
Accesorios	
Mesa eléctrica con movimientos	Una (1)

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001