

<b>DATOS GENERALES</b>		
<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>LAV-21-R02</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>SEGUNDA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>LAVADORAS ESTERILIZADORAS</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>TERMODESINFECTADORA, UNA PUERTA, CALENTAMIENTO ELÉCTRICO, 50 a 80 LITROS</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>		
<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>	
<b>Lavadora termodesinfectora</b>		
<b>Volumen de cámara</b>	Dentro del rango de 50 a 80 litros.	
<b>Material de cámara</b>	Acero inoxidable.	
<b>Estructura</b>		
<b>Material cabina interior</b>	Acero inoxidable.	
<b>Material de cabina exterior</b>	Acero inoxidable.	
<b>Sistema de filtrado de agua</b>		
<b>Sistema de filtrado de agua</b>	Requerido.	
<b>Puertas</b>		
<b>Número de puertas</b>	Una (1)	
<b>Sistema de seguridad de apertura de puerta</b>	Bloqueo de apertura de puerta cuando el equipo se encuentre en funcionamiento.	
<b>Dispensadores de productos químicos</b>		
<b>Número de bombas para productos químicos</b>	Dos (2)	
<b>Control de dosificación</b>	Requerido.	
<b>Medición de nivel de productos químicos</b>	Requerido.	
<b>Conexiones de agua</b>		
<b>Conexión de agua fría</b>	Requerido.	
<b>Conexión de agua caliente</b>	Requerido.	
<b>Sistema de secado</b>		
<b>Secado por aire</b>	Requerido.	
<b>Filtro de aire tipo HEPA</b>	Requerido.	
<b>Visualización de operación</b>		
<b>Pantalla de visualización de parámetros</b>	Requerido.	

<b>Parámetros mínimos de visualización</b>	Temperatura y tiempo de ciclo.
<b>Idioma de interfáz de pantalla</b>	Español o Inglés.
<b>Programas de operación</b>	
<b>Número de programas pre-seleccionables</b>	≥ 3
<b>Número de programas configurables</b>	≥ 3
<b>Alarmas</b>	
<b>Sistema de detección de errores y/o fallas</b>	Requerido
<b>Sistema de temperatura</b>	
<b>Sistema de calentamiento</b>	Eléctrico
<b>Accesorios</b>	
<b>Impresora de registro del ciclo de operación</b>	Uno (1)
<b>Cestas para material</b>	Cuatro (4)
<b>Sistema de descalcificación o ablandador de agua para el correcto funcionamiento del equipo</b>	Uno (1)
<b>Sistema de osmosis inversa, en caso que el equipo lo requiera</b>	Uno (1)
<b>Bombas automáticas para dispensación de productos químicos.</b>	Dos (2)
<b>Consumibles</b>	
<b>Cantidad de detergente neutro</b>	Un (1) galón
<b>Cantidad de detergente ácido</b>	Un (1) galón
<b>Rollos papel térmico</b>	Cuatro (4)
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	220 VAC / 60 Hz (Monofásico o Trifásico)
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001