

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	LÁM-01-R06	
<b>REVISIÓN:</b>	SEXTA	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	UNIDADES DE FOTOTERAPIA	
<b>TIPO:</b>	LÁMPARA TIPO LED	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ATRIBUTO	VALOR
<b>Control / Visualización / Monitoreo</b>	
Panel de control y/o pantalla de visualización	Requerido
Base de la lámpara	Soporte con ruedas, al menos dos de ellas con freno Altura regulable
Tipo de Lámpara	LED
Longitud de onda	Entre 400nm y 550 nm
Distribución de luz	Uniforme
Atenuación de la luz	≥ 3 niveles
Contador de tiempo	Requerido
Lámpara auxiliar o de examinación	Requerido
Nivel de ruido	≤ 40 dBA
<b>Accesorios</b>	
Máscara neonatal de fototerapia	Dos (2)
Soporte para cables	Uno (1)
Batería recargable con mínimo una (1) hora de autonomía (opcional)	Una (1)

**OTRAS ESPECIFICACIONES**

<b>Energía / Alimentación</b>	110 VAC / 60 Hz
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485