MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO FICHA TÉCNICA	
DATOS GENERALES		
CÓDIGO DNES Nº:	**LÁM-07-R02**	
REVISIÓN:	**SEGUNDA**	
NOMBRE GENÉRICO:	**LUCES, PARA CIRUGÍA, MONTADAS EN EL TECHO**	
TIPO:	**BÁSICA, UNA CÚPULA, LED**	
PERIODO DE VIGENCIA:	**Desde:** 01/01/2018	**Hasta:** 31/12/2018
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ATRIBUTO	**VALOR**	
Control/ Visualización / Material		
Diseño	Para quirófanos con flujo laminar	
	Modular, para sistemas de integración	
Tipo de montaje	Suspención a techo	
Cúpulas	Una (1)	
Tipo de iluminación	Luz LED	
Vida útil de LED	≥ 40.000 horas	
Iluminación a 1m de distancia (lx)	≥ 50.000 lux	
Profundidad de iluminación (20%)	≥ 100 cm	
Temperatura de color (°K)	≥ 4.000 °K	
Indices de color mínimo	Ra ≥ 95	
Diámetro de campo de luz	≥ 20 cm, o su equivalente	
Control de operación	Mediante panel de control o pantalla táctil	
Mango o empuñadura central esterilizable	Requerido	
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz	
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.	
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485	