MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES		
CÓDIGO DNES Nº:	**LÁM-09-R08**	
REVISIÓN:	**SEXTA**	
NOMBRE GENÉRICO:	**LUCES, PARA CIRUGÍA, AUTOSOSTENIDAS**	
TIPO:	**BÁSICA, MÓVIL, UNA CÚPULA, LED**	
PERIODO DE VIGENCIA:	**Desde:** 01/01/2018	**Hasta:** 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ATRIBUTO	**VALOR**
Control/ Visualización / Material	
Articulaciones mínimas	Dos (02)
Tipo de estructura	Móvil, con ≥ 4 ruedas, mínimo dos con freno
Cúpulas	Una (1)
Tipo de iluminación	Luz LED
Vida útil de LED	≥ 40.000 horas
Iluminación a 1m de distancia (lx)	≥ 50.000 lux
Profundidad de iluminación	≥ 100 cm
Temperatura de color (°K)	≥ 4.000 °K
Índices de color mínimo	Ra ≥ 95
Diámetro de campo de luz	≥ 20 cm
Control de iluminación	Requerido
Mango o asa para maniobrabilidad de la cúpula	Requerido
Batería recargable incorporada	Requerido

OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485