MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES		
CÓDIGO DNES Nº:	**LÁM-11-R06**	
REVISIÓN:	**SEXTA**	
NOMBRE GENÉRICO:	**LUCES, PARA CIRUGÍA, MONTADAS EN EL TECHO**	
TIPO:	**DOS CÚPULAS, LED**	
PERIODO DE VIGENCIA:	**Desde:** 01/01/2018	**Hasta:** 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ATRIBUTO	**VALOR**
Control/ Visualización / Material	
Diseño	Para quirófanos con flujo laminar
	Modular, compatible para sistemas de Integración
Tipo de montaje	Suspención a techo
Cúpulas	Dos (2)
Tipo de iluminación	Luz LED
Vida útil de LED	≥ 40.000 horas
Iluminación a 1m de distancia (lx)	≥ 130.000 lux
Profundidad de iluminación L1+L2 (20%)	≥ 100 cm
Temperatura de color (°K)	≥ 4.000 °K
Indices de color	Ra ≥ 95
	R9 ≥ 94
Irradiación	≤ 600 W/m^2
Diámetro de campo de luz ajustable	≥ 20 cm, o su equivalente
Control de operación	Mediante panel de control o pantalla táctil
Mango o empuñadura central esterilizable	Requerido

OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485