

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	LÁS-02-R05	
REVISIÓN:	QUINTA	
NOMBRE GENÉRICO:	LÁSER Ho:YAG	
TIPO:	LITOTRIZIA INTRACORPÓREA	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Láser	Holmio
Potencia mínima	≥ 20 W
Energía de pulso	Que al menos cubra el rango de 0,5 a 2 J
Frecuencia de pulso	Que al menos cubra el rango de 5 a 15 Hz
Longitud de onda mínima	≥ 2080 nm
Guía de luz	Verde (532 nm)
Accesorios	
Coche de transporte	Uno (1) propio del equipo, con sistema de frenado
Cobertor del equipo	Uno (1) propio del equipo
Sistema de enfriamiento	Uno (1) compatible con el equipo
Pieza de mano	Una (1) propia del equipo
Pedal	Uno (1) propio del equipo
Gafas de protección	Tres (3) compatibles con el equipo
Juego de puntas	Un (1) de piezas de mano recta y curva
Cortador de fibras ópticas	Uno (1) compatible con el equipo
Pelador de fibras ópticas	Uno (1) compatible con el equipo
Microscopio de inspección de fibras ópticas	Uno (1) compatible con el equipo
Fibras ópticas	Tres (3) compatibles con el equipo y de diferentes tamaños de longitud de onda
Cable de conexión de eléctrica	Uno (1) compatible con el equipo
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE