

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES Nº:	LÁS-03-R01	
REVISIÓN:	PRIMERA	
NOMBRE GENÉRICO:	LÁSERES, DE Nd: YAG, PARA OFTALMOLOGÍA	
TIPO:	FOTOCOAGULADOR, 532 - 577 NM	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Longitud de onda	Dentro del rango 532 nm a 577 nm
Color láser	Verde
Fuente	Doble frecuencia o dual
Energía máxima	≥ 1500 mW
Duración de exposición/pulso	≥ 10 a ≤ 3000 ms
Objetivo del Haz	Dentro del rango 620 a 650 nm

ACCESORIOS

Mesa para instrumentos	Una (1)
-------------------------------	---------

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001