



DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES Nº:	MES-19-R04	
REVISIÓN:	CUARTA	
NOMBRE:	ESTACIÓN DE PRELAVADO	
TIPO:	ULTRASÓNICO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Mesa de prelavado	
Estación de lavado	Requerido
Estación ultrasónica	Requerido
Estación o zona de apoyo	Requerido
Estación de prelavado	
Material de estación de lavado	Acero Inoxidable
Seguridad anti-salpicaduras en estación de lavado	Requerido
Aspersores de aire/agua	≥ Dos (2)
Estación ultrasónica	
Frecuencia ultrasónica	≥ 30Khz.
Estructura	Acero Inoxidable
Capacidad de estación ultrasónica	45 litros ± 5 litros
Estación de apoyo	
Estructura	Acero Inoxidable
Accesorios	
Piezas de recambio para materiales de lavado	Requerido
Cesta mallada para instrumental	Uno (1), compatible con las dimensiones de la tina
Set de adaptadores para pistolas de aire/agua	≥ 8 (ocho)

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía/Alimentación	110 V / 60 Hz.
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO.