



| DATOS GENERALES | | |
|---|--|-------------------|
| CÓDIGO DNES Nº: | MES-50-R08 | |
| REVISIÓN: | OCTAVA | |
| NOMBRE: | MESA | |
| TIPO: | PUENTE | |
| PERIODO DE VIGENCIA: | Desde: 01/01/2018 | Hasta: 31/12/2018 |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | |
| ATRIBUTO | VALOR | |
| Control / Visualización / Material | | |
| Estructura principal | Acero cubierto por pintura electrostática Incluye refuerzo para evitar pandeo del tablero | |
| Mecanismo de elevación | Requerido | |
| Protección mecanismo | ABS o plástico de alto impacto, resistente a limpieza hospitalaria | |
| Tablero | Uno (1) | |
| | Melamínico o ABS | |
| | Resistente a rayaduras y químicos de limpieza hospitalaria | |
| Dimensiones | Alto: 75cm ± 5cm | |
| | Ancho: 40 cm ± 5cm | |
| | Largo: 70cm ± 10cm | |
| Ruedas | Cuatro (4), pivotantes | |
| Freno | Individual para cada rueda | |
| Acabados | | |
| Nivel de tablero en 0 | Requerido | |
| Sin aristas vivas | Requerido | |
| OTRAS ESPECIFICACIONES | | |
| Energía / Alimentación | No aplica | |
| Garantía técnica fabricante | Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo. | |
| Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO / Excepto en el caso de ser fabricación nacional. | |