

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	MIC-05-R02	
REVISIÓN:	SEGUNDA	
NOMBRE GENÉRICO:	MICROSCOPIOS ESPECULARES	
TIPO:	DE NO CONTACTO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización	
Pantalla	LCD o táctil (touch)
	A color
	≥ 8 pulgadas
Parámetros mínimos	Adquisición de imagen, conteo de células, imagen analizada.
Desplazamiento de cabezal	Ejes X, Y, Z
Mentonera	Requerido
Captura de Imagen	
Campo de captura	≥ 0.25 mm x 0.50 mm
Posición de captura	Periférico: ≥ 4 puntos
	Central: ≥ 1 punto.
Modo de captura o disparo	Manual o automático
Paquímetría	
Rango de medición	≥ 300 μm
Precisión	± 10 μm
Interfaces	
Puertos de comunicación	LAN y/o USB y/o salida de video
Estación de trabajo	Opcional: Una PC o Laptop (1), un (1) mouse, un (1) teclado. En el caso de no poseer pantalla interna.
Accesorios	
Impresora térmica	Una (1).
Sistema de alimentación Ininterrumpida (UPS)	Un (1), tiempo de respaldo 15 min.
Mesa eléctrica	Opcional: Una (1), a elección del Establecimiento de Salud.
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz

Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001