

DATOS GENERALES		
CÓDIGO DNES N°:	MON-12-R06	
REVISIÓN:	SEXTA	
NOMBRE GENÉRICO:	MONITORES, FISIOLÓGICOS, SIGNOS VITALES	
TIPO:	PORTÁTIL, PARA NIBP & SpO2	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ATRIBUTO	VALOR	
Requerimientos de la Pantalla del Monitor		
Pantalla a color	Requerido	
Tamaño mínimo	7"	
Tipo de Pantalla	LCD TFT o Similar	
Aplicación		
Mínimo pacientes adultos y pediátricos	Requerido	
Control / Monitoreo / Visualización		
Periféricos de entrada	Botones de acceso integrados al monitor o pantalla táctil	
Despliegue de curvas fisiológicas y valores numéricos mínimos	Saturación de Oxígeno (SpO2)	
	Presión Arterial No Invasiva (PANI o NIBP)	
Rango de medición SpO2	≤ 20% a 100 %	
Medición NIBP	Sistólica, diastólica y media (MAP)	
Rango de medición NIBP	≤ 20 mmHg a ≥ 250 mmHg	
Modos de medición NIBP	Mínimo manual y/o automático.	
Sistema de Conectividad de Red	LAN ETHERNET (Puerto RJ45) y/o WLAN y/o WIFI	
Almacenamiento		
Capacidad de almacenar y revisar datos monitoreados del paciente	Requerido	
Alarmas		
Audibles y visuales	Requerido	
Ajustables para límites alto y bajo	Requerido	
Para todos los parámetros monitorizados	Requerido	
Accesorios		
Sensores SpO2 adulto reusable	Dos (2)	
Sensores SpO2 pediátrico reusable	Dos (2)	
Brazaletes NIBP adulto reusable (cable y manguito)	Dos (2)	
Brazaletes NIBP pediátrico reusable (cable y manguito)	Dos (2)	
Batería con autonomía mínimo 1 hora	Una (1)	
Soporte vertical con ruedas	Uno (1)	
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz	
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.	
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485	