

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>OXI-01-R07</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>SÉPTIMA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>OXÍMETROS, PULSOS</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>DE DEDO</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde:</b> 01/01/2018	<b>Hasta:</b> 31/12/2018

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Pantalla</b>	Display LCD o LED
<b>Paciente</b>	Adulto y pediátrico
<b>Tiempo de batería</b>	≥ 30 horas de uso continuo
<b>Indicadores visuales</b>	Para estado de batería
<b>Funciones</b>	
<b>Apagado automático</b>	Requerido
<b>Medición SPO2</b>	Requerido
<b>Precisión SPO2</b>	≤ 1%
<b>Medición pulso</b>	Requerido
<b>Precisión pulso</b>	≤ 1 ppm (o su equivalencia)
<b>Alarmas</b>	
<b>Audibles y visuales</b>	Requerido
<b>Accesorios</b>	
<b>Batería</b>	Las que necesite el equipo
<b>Estuche</b>	Un (1)
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	No aplica
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / JIS / IEC 60601