

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES Nº:	PIP-05-R01	
REVISIÓN:	PRIMERA	
NOMBRE GENÉRICO:	PIPETAS	
TIPO:	VOLUMEN VARIABLE, DE 20 a 200 ul	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 12/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Pipetas con sistema regulable de volúmen	De 20 a 200 ul.
Indicador de Volumen	Requerido.
Tipo de pipeta	Monocanal, de volumen variable.
Mecanismo de funcionamiento	Desplazamiento de aire ó por desplazamiento positivo, que actúa mediante émbolo, pistón y/o cámara de aire y cilindro.
Esterilizable en autoclave	Requerido.
Botón/Botones	De control de dosificación.
	De mecanismo eyector de puntas.

Accesorios

Puntas desechables	Dos (2) juegos para la pipeta.
Sistema de soporte de pipeta	Uno (1).

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	No aplica.
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 8655