



DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES Nº:	REL-02-05	
REVISIÓN:	QUINTA	
NOMBRE GENÉRICO:	RELOJES, DE TIEMPO TRANSCURRIDO	
TIPO:	DIGITAL, PARA LABORATORIO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Funciones	
Modo	12 o 24 horas
Forma de conteo	Cuenta atrás de máximo 24 horas, con alarma.
Memoria	Debe memorizar la cuenta tiempo atrás
Precisión	Cronómetro de 23 horas, o más con 1 s. de precisión
Carga	Debe disponer de baterías recargables o descartables
Programación	Capacidad de programar en una o varias pantallas, el tiempo para controlar distintos procesos a la vez
Accesorios	
Batería (s) recargable (s) o descartable(s)	Un (1) set de baterías recargables o descartables.
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	Baterías
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	No aplica