

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	RES-02-R05	
<b>REVISIÓN:</b>	QUINTA	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	RESPIRADOR, SUMINISTRADOR DE AIRE	
<b>TIPO:</b>	TRANSPORTE	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ATRIBUTO	VALOR
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Tipo de paciente</b>	Adulto, pediátrico y/o neonato.
<b>Portabilidad</b>	Equipo de transporte.
<b>Ventilación no invasiva</b>	NIV y/o CPAP.
<b>Modo SIMV</b>	Controlado por Volumen y/o Presión.
<b>Volumen tidal o corriente</b>	Que al menos cubra el rango de 50 ml a 2000 ml.
<b>Frecuencia respiratoria</b>	Que al menos cubra el rango de 5 a 50 rpm.
<b>Relación I:E</b>	Dispondrá de este parámetro.
<b>Presión máxima o soporte</b>	Que al menos cubra el rango de 2 a 30 cmH <sub>2</sub> O (o su equivalente).
<b>Concentración de oxígeno</b>	Hasta el 100%.
<b>Flujo de disparo</b>	Que al menos cubra el rango de 1 a 9 l/min.
<b>Pantalla</b>	Dispondrá de este parámetro.
<b>Mandos para ajustar parámetros</b>	Mediante pantalla táctil o teclado.
<b>Información en pantalla</b>	Formas de onda y parámetros medidos.
<b>Autonomía mínima de la batería</b>	≥ 4 horas.
<b>Alarmas</b>	
<b>Presión</b>	Alta y baja.
<b>Apnea</b>	Dispondrá de este parámetro.
<b>Volumen tidal o corriente</b>	Alto y bajo.
<b>Frecuencia respiratoria</b>	Alta y baja.
<b>Silenciador de alarmas</b>	Dispondrá de este parámetro.
<b>Accesorios</b>	
<b>Mangueras de conexión</b>	Una (1) para oxígeno.
<b>Tanque de oxígeno</b>	Uno (1) cargado, con manómetro.
<b>Estuche de transporte</b>	Uno (1) propio del equipo.
<b>Batería</b>	Una (1) propia del equipo.
<b>Cargador de batería</b>	Uno (1) compatible con el equipo.
<b>Cable de conexión a ambulancia</b>	Uno (1) compatible con el equipo.
<b>Pulmón de prueba</b>	Uno (1) compatible con el equipo.
<b>Circuito de paciente adulto</b>	Dos (2) reutilizables.
<b>Circuito de paciente pediátrico</b>	Dos (2) reutilizables.
<b>Filtro intercambiador de humedad</b>	Dos (2) tipo HME.
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	Batería.
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE