

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	RES-03-R07	
REVISIÓN:	SÉPTIMA	
NOMBRE GENÉRICO:	RESPIRADOR, SUMINISTRADOR DE AIRE	
TIPO:	NEONATAL	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Tipo de paciente	Neonatal
Ventilación no invasiva	NIV y/o CPAP
Modo SIMV	Controlado por Volumen y Presión
Modos ventilatorios	APRV y/o PRVC
Modo dual	DuoPAP y/o Bilevel y/o Bifásica
Volumen tidal o corriente	Que al menos cubra el rango de 2 a 50 ml
Tiempo inspiratorio	Que al menos cubra el rango de 0,1 a 9,6 s
Presión soporte	Que al menos cubra el rango de 2 a 45 cmH2O (o su equivalente)
Relación I:E	Dispondrá de este parámetro
Concentración de oxígeno	Que al menos cubra el rango de 21 a 100 %
Flujo de disparo	Que al menos cubra el rango de 0 a 5 l/min
Pantalla	TFT o LCD de mínimo 8,4"
Mandos para ajustar parámetros	Mediante pantalla táctil o teclado
Formas de onda mínimas	Presión, volumen y flujo
Lazos, loops o bucles mínimos	Volumen vs presión y flujo vs volumen
Alarmas	
Presión	Alta y baja
Apnea	Dispondrá de este parámetro
Volumen tidal o corriente	Alto y bajo
Frecuencia respiratoria	Alta y baja
PEEP	Dispondrá de este parámetro
Silenciador de alarmas	Dispondrá de este parámetro
Accesorios	
Mangueras de conexión	Una (1) para oxígeno y Una (1) para aire medicinal con conectores definidos por el Establecimiento de Salud
Coche de transporte	Uno (1) propio del equipo, dispondra de ruedas y mínimo dos de ellas con frenos.
Cobertor para el equipo	Uno (1) propio del equipo
Brazo articulado	Uno (1) para soporte del circuito de paciente
Cable de conexión eléctrica	Uno (1) compatible con el equipo
Humidificador	Uno (1) completo, con soporte incluido
Pulmón de prueba	Dos (2) de tamaño neonatal
Circuito de paciente neonatal	Cinco (5) reutilizables
Sensor de flujo	Cinco (5) reutilizables, compatibles con el equipo, incluye cables de conexión
Sensor de oxígeno	Dos (2) compatibles con el equipo
Batería de respaldo	Una (1) propia del equipo incluye cargador
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE