

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES Nº:	RES-12-R01	
REVISIÓN:	CUARTA	
NOMBRE GENÉRICO:	RESPIRADOR, SUMINISTRADOR DE AIRE	
TIPO:	PORTÁTIL CON TURBINA, NO INVASIVO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Suministro de aire	Accionado mediante turbina
Tipo de pacientes	Adulto y Pediátrico
Ventilación No Invasiva	Dispondrá de este parámetro
Ventilación Espontánea	S, ST ó S/T, T
Modo SIMV	Controlado por presión y/o volumen
Modos ventilatorios	APRV y/o PRVC
Modo dual	DuoPAP y/o Biphasic y/o BIPAP
Volumen tidal o corriente	Que al menos cubra el rango de 50 a 2000 ml
Tiempo inspiratorio	Que al menos cubra el rango de 0,3 a 10 s
Presión soporte	Que al menos cubra el rango de 1 a 50 cmH ₂ O (o su equivalente)
Relación I:E	Dispondrá de este parámetro
Concentración de oxígeno	Que al menos cubra el rango de 21 a 100 %
Flujo de disparo	Que al menos cubra el rango de 1 a 15 l/min
Frecuencia respiratoria	Que al menos cubra el rango de 2 a 80 rpm
Presión inspiratoria	Que al menos cubra el rango de 3 a 99 cmH ₂ O (o su equivalente)
Pantalla	TFT o LCD
Mandos para ajustar parámetros	Mediante pantalla táctil y/o teclado
Formas de onda mínimas	Presión y volumen
Compensación	Dispondrá de este parámetro
Alarmas	
Presión	Alta y baja
Apnea	Dispondrá de este parámetro
Volumen tidal o corriente	Alto y/o bajo
Frecuencia respiratoria	Alta y/o baja
Fugas	Dispondrá de este parámetro
Desconexión de paciente	Dispondrá de este parámetro
Batería baja	Dispondrá de este parámetro
Silenciador de alarmas	Dispondrá de este parámetro
Accesorios	
Manguera de conexión	Una (1) para oxígeno con conector definido por el Establecimiento de Salud
Coche de transporte	Uno (1) propio del equipo, dispondra de ruedas y mínimo dos de ellas con frenos.
Cobertor para el equipo	Uno (1) propio del equipo
Brazo articulado	Uno (1) para soporte del circuito de paciente
Cable de conexión eléctrica	Uno (1) compatible con el equipo
Humidificador	Uno (1) completo, con soporte incluido
Circuito de paciente adulto	Tres (3) circuitos completos reutilizables con mascarillas y bigoterías
Circuito de paciente pediátrico	Tres (3) circuitos completos reutilizables con mascarillas y bigoterías
Sensor de flujo	Dos (2) reutilizables, compatibles con el equipo, incluye cables de conexión
Sensor de oxígeno	Dos (2) compatibles con el equipo
Batería de respaldo	Una (1) con autonomía de al menos 10 horas
Filtros antibacteriales	Diez (10) filtros tipo N100
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE