



MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	ROD-01-R02	
REVISIÓN:	SEGUNDA	
NOMBRE:	RODILLO	
TIPO:	TRASLADO DE PACIENTES	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Estructura principal	Acero inoxidable AISI 304
Material interno de rodillos	Aluminio
Recubrimiento rodillos	Goma espuma o esponja soft
Cubierta	Lona impermeable
	Resistente a la abrasión y químicos de limpieza hospitalaria
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	No aplica
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO / Excepto en el caso de ser fabricación nacional.