



MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	SAC-01-R07	
REVISIÓN:	SÉPTIMA	
NOMBRE GENÉRICO:	ASPIRADORES, MAMAS	
TIPO:	SACALECHE ELÉCTRICO HOSPITALARIO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
----------	-------

Control / Visualización / Material

Pantalla	LCD o LED
Material de contacto con la leche materna	Libre de BPA o Bisfenol A
Copas, mangueras, botellas	Reusables

Sistema de control

Tipo	Hospitalario
Funcionamiento	Eléctrico / electrónico
Presión de funcionamiento	Rango inferior $\leq 30\text{mmHg}$ Rango superior $\geq 250\text{mmHg}$
Sistema de extracción	Doble
Sistema de protección	Contra derrame/ sobrellenado / desbordamiento

Parámetros de funcionamiento

Fase de estimulación	Requerido
Fase de extracción	Requerido
Regulación de presión	Manual, automática (opcional)

Accesorios

Baterías recargables	Las que necesite el equipo
Botellas esterilizables	Dos (2), $\geq 240\text{ml}$
Juego de mangueras	Dos (2)
Cable de poder o adaptador eléctrico	Uno (1)
Copas	Cuatro (4), talla a elección del Establecimiento de Salud (En el caso de aplicar)

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	Baterías, 110VAC
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos dos (02) de las siguientes certificaciones: IEC 60601-1 / CE (MDD 93/42/EEC) / FDA