MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO FICHA TÉCNICA	
DATOS GENERALES		
CÓDIGO DNES Nº:	**SEL-02-R05**	
REVISIÓN:	**QUINTA**	
NOMBRE GENÉRICO:	**SELLADORA PARA EMBALAJE DE PRODUCTOS ESTERILIZADOS**	
TIPO:	**TERMOSELLADORA**	
PERIODO DE VIGENCIA:	**Desde:** 01/01/2018	**Hasta:** 31/12/2018
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ATRIBUTO	**VALOR**	
Aplicación		
Sellado	Para sellado de bolsas de papel grado médico para esterilizar a gas, vapor y peróxido.	
Control / Visualización		
Pantalla para visualización de parámetros	Temperatura actual , temperatura programada.	
Control de temperatura	Por microprocesador	
Temperatura de sellado	Temperatura inicial ≤ 80°C	
	Temperatura final ≥ 200°C	
	Sea programable de acuerdo a la aplicación.	
Tiempo de calentamiento	≤ 5 min	
Velocidad de sellado	≥10m/min	
Ancho de sellado	≥12mm	
Estructura		
Tipo de material	Metálica	
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Energía / Alimentación	110 -120 VAC / 60 Hz.	
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.	
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001	