

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	SIL-25-R09	
REVISIÓN:	NOVENA	
NOMBRE GENÉRICO:	SILLA	
TIPO:	TOMA DE MUESTRAS	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Material	
Estructura	En acero galvanizado, o cromado, o acero inoxidable, o acabado en pintura epoxi
Capacidad mínima	≥ 120 kg.
Apoyabrazos	Con soporte, para facilitar la toma de muestras
Diseño	Asiento fijo con apoyabrazos para toma de muestras
Tapizado	En asiento, respaldo, reposa-brazos forrados con poliuretano espumoso de alta densidad, ignífugo o material resistente al fuego
Colchoneta	Lavable antiséptica
Acabados	Elementos metálicos: con tratamiento de alta calidad contra la corrosión, pintados con pintura en polvo sistema de aplicación electrostático, secado al horno. Con soldaduras tipo MIG Sin aristas vivas Sin evidencia de escorias Todos los elementos deben ser completamente lisos y pulidos

OTRAS ESPECIFICACIONES

Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO9001 / Excepto en el caso de ser fabricación nacional.