

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	SIL-34-R04	
REVISIÓN:	CUARTA	
NOMBRE:	SILLA	
TIPO:	BAÑO Y EVACUAR	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Estructura de la silla	Tubular en aluminio anodizado
Diámetro del tubo	≥ 7/8"
Capacidad de peso a soportar	≥ 90 Kg
Forma del asiento	En forma de inodoro o en forma de "U"
Material del asiento	Material resistente al agua, acolchado, en vinil o nylon o poliuretano o PVC.
Sellado del asiento	Hermético
Bidet o recipiente recolector	Desmontable, debe incluir asa y tapa.
Espaldar	Ergonómico, sellado herméticamente, con agarradera para transportación y amarras para sujetar al paciente.
Material del espaldar	Material resistente al agua, en vinil o nylon o poliuretano o PVC.
Apoyabrazos	Abatibles, en material resistente al agua
Reposapiés	Abatibles.
Número de Ruedas	Cuatro (4), con sistema de frenos
Diámetro de las ruedas	≥ 7 cm
Material de las ruedas	En caucho macizo resistente al agua
Acabados	
Sin aristas vivas	Requerido
Sin rebabas de soldadura	Requerido
Uniones pulidas	Requerido
Sin óxido en la soldaduras	Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	No aplica