

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES Nº:	SIL-48-R01	
REVISIÓN:	PRIMERA	
NOMBRE:	SILLÓN	
TIPO:	ASISTENTE DE CIRUJANO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Material / Movimientos	
Estructura	Aluminio o acero inoxidable
Movimiento pedestal	Hidráulico
Movimiento asiento	360°
Ruedas	≥ Cuatro (4)
	Rotación de 360°
Tapicería	Sin costuras, resistente a desinfectantes, fácil de limpiar
Asiento ergonómico	Requerido

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	No aplica
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO / Excepto en el caso de ser fabricación nacional.