

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES Nº:	SIL-49-R01	
REVISIÓN:	PRIMERA	
NOMBRE:	SILLA FIJA	
TIPO:	PARA BAÑO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR	
Control / Visualización / Material		
Estructura de la silla	Tubular	
Material estructura	Aluminio anodizado	
Diámetro del tubo	≥ 7/8"	
Capacidad de peso a soportar	≥ 90 Kg	
Material del asiento	Material resistente al agua, acolchado, en vinil o nylon o poliuretano o PVC.	
Sellado del asiento	Hermético	
Espaldar	Ergonómico, sellado herméticamente, con agarradera para transportación y amarras para sujetar al paciente.	
Material del espaldar	Material resistente al agua, en vinil o nylon o poliuretano o PVC.	
Apoyabrazos	Abatibles, en material resistente al agua	
Reposapiés	Abatibles.	
Número de regatones	Cuatro (4), antideslizantes.	
Acabados		
Sin aristas vivas	Requerido	
Sin rebabas de soldadura	Requerido	
Uniones pulidas	Requerido	
Sin óxido en la soldaduras	Requerido	
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Energía / Alimentación	No aplica	
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.	
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO / Excepto en el caso de ser fabricación nacional.	