

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	SIS-32-R02	
REVISIÓN:	SEGUNDA	
NOMBRE GENÉRICO:	LOCALIZADOR DE ÁPEX PARA ENDODONCIA CON SISTEMA ROTATORIO	
TIPO:	PORTÁTIL	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Sistema Rotatorio	
Modo de giro inverso	Requerido.
Mecanismo de parada	Función de parada automática.
Control de ajuste de torque	Requerido.
Pantalla de visualización de velocidad, modo de operación y progresión de lima en dirección al ápice	Requerido.
Control de ajuste de velocidad	Requerido.
Localizador de Ápex	
Tipo de medición	Medición del conducto radicular.
Pantalla de visualización de aproximación a ápice	Requerido.
Alarma audible al localizar el ápice	Requerido.
Alarma de superación de ápice	Requerido.
Tipo de alimentación	Batería recargable.
Accesorios	
Cargador	Uno (1).
Soporte para pieza de mano	Uno (1).
Cable y conector para pieza de mano, en caso que aplique	Uno (1).
Consumibles	
Cantidades de unidades de limas compatibles con el equipo	Treinta (30).
Batería recargable	Una (1). En el caso de requerir el equipo.
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz.
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001