

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>TEN-01-R04</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>CUARTA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>ESTIMULADORES, ELECTROMAGNÉTICOS, BAJA INTENSIDAD</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>TENS DOS CANALES</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Canales</b>	≥ Dos (2) independientes
<b>Electro-estimulación</b>	≥ 80 mA
<b>Modalidades</b>	Ráfaga
	Continúa
	Modulada
<b>Ancho de pulso</b>	Regulable
<b>Frecuencia de pulso</b>	De 1 a 150Hz
<b>Pantalla</b>	Requerido
<b>Accesorios</b>	
<b>Set cables de paciente</b>	Requerido
<b>Batería recargable</b>	Requerido
<b>Electrodos</b>	Requerido
<b>Cable de alimentación</b>	Requerido
<b>Gel conductor</b>	Requerido
<b>Cargador de batería</b>	Requerido
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	Batería recargable.
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001