

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	TER-05-R02	
REVISIÓN:	SEGUNDA	
NOMBRE GENÉRICO:	TERMÓMETROS, ELECTRÓNICOS, INFRARROJOS	
TIPO:	HOSPITALARIO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
	Control / Visualización / Material
Pantalla	LCD o TFT o LED
Unidades de medida	En grados centígrados (C°), otros opcional
Precisión	≤0,3°C
Medición	Infrarroja, sin contacto
Rango de temperatura	Entre el intervalo ≥ 10°C y ≤ 50°C
Medición de temperatura	Superficial y corporal
Distancia de medición	≤ 6cm
Tiempo de respuesta	≤ 1 segundo
Alarma	Sonido o beep
Memoria	Requerido, mínimo para 20 mediciones

Accesorios

Baterías (recargables en caso de aplicar)	Las que necesite el equipo
Cargador de baterías (en caso de aplicar)	Uno (1)

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	Baterías
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE