

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES Nº:</b>	<b>TER-08-R02</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>SEGUNDA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>TERMÓMETROS, ELECTRÓNICOS</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>HOSPITALARIO</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Pantalla</b>	Display o digital o TFT o LED o LCD.
<b>Temperatura</b>	Centígrados
<b>Tipo de tomas mínimo</b>	Oral, axilar, rectal
<b>Tiempo de toma</b>	10 segundos, $\pm 2$ segundos.
<b>Precisión</b>	Dentro del rango de $\pm 0,3$ ° C
<b>Funcionamiento</b>	Electrónico
<b>Memoria</b>	De la última toma
<b>Acesorios</b>	
<b>Baterías recargables</b>	Las que necesite el equipo
<b>Cargador de baterías</b>	Uno (1)
<b>Soporte de pared</b>	Uno (1)
<b>Sensores de temperatura</b>	Dos (2), tipo a elección del Establecimiento de Salud
<b>Empaques / cobertores descartables para sondas</b>	Dos (2) cajas
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	No aplica
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Un (1) año a partir de la fecha de recepción del bien.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / JIS / IEC 60601