

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES		
CÓDIGO DNES Nº:	TOM-01-R02	
REVISIÓN:	SEGUNDA	
NOMBRE GENÉRICO:	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN, POR LÁSER, TOMOGRAFÍA ÓPTICA COHERENTE	
TIPO:	OCT / OCT ANGIOGRAFÍA	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ATRIBUTO	VALOR	
Control / Visualización / Material		
Tipo de imagen	3D	
Velocidad de escaneo por segundo	≥ 65.000 A	
Profundidad de imagen	≥ 2 mm	
Resolución axial	≥ 5 um	
Resolucion lateral	≥ 12 um	
Funciones mínimas	Alineación, autofoco	
Accesorios		
Software	Aplicaciones mínimas: Segmento anterior, posterior, retina, glaucoma.	
	Módulos mínimos: OCT y OCT Angiografía	
Computador	Uno (1), Integrado o compatible con el equipo	
Mesa	Una (1), Con movimientos	
Taburete bajo	Dos (2)	
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz	
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.	
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001	