

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	UNI-01-R05	
REVISIÓN:	QUINTA	
NOMBRE GENÉRICO:	CONSOLAS DE TRABAJO, PARA OFTALMOLOGÍA	
TIPO:	UNIDAD DE EXPLORACIÓN OFTALMOLÓGICA	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Sillón	Con movimientos eléctricos
	Reposabrazos
	Reposapiés (opcional)
Tablero de colocación de equipos	Requerido
Lámpara de iluminación	≥ 1
Foróptero	Requerido

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001