

**DATOS GENERALES**

CÓDIGO DNES N°:	VAC-01-R06	
REVISIÓN:	SEXTA	
NOMBRE GENÉRICO:	SUCCIONADOR	
TIPO:	VACUÓMETRO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ATRIBUTO	VALOR
<b>Control / Visualización / Material</b>	
Tipo de presión	Vacío
Presión mínima	≥ 750 mmHg
Regulador de presión	Mediante una perilla
Sistema de apagado	Mediante conmutador
Indicador	Análogo o digital
<b>Accesorios</b>	
Frasco de succión	Uno (1) esterilizable completo, ≥ 2 litros
Adaptador	Uno (1) definido por el Establecimiento de Salud
Trampa de agua	Dos (2) con filtros de partículas y antibacteriales
Soporte	Uno (1) para el frasco de succión
Tubo de conexión	Uno (1) ≥ 80 cm
Tubo de aspiración	Uno (1) ≥ 200cm

**OTRAS ESPECIFICACIONES**

Energía / Alimentación	No aplica
Garantía técnica fabricante	Dos (2) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (1) de las siguientes certificaciones: FDA / CE