

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	SAC-01-R08	
REVISIÓN:	OCTAVA	
NOMBRE ECRI:	Aspiradores, mamas	
CÓDIGO ECRI:	10-485	
NOMBRE GENÉRICO:	SACALECHE ELECTRICO HOSPITALARIO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Pantalla	LCD o LED
Material de contacto con la leche materna	Libre de BPA o Bisfenol A
Copas, mangueras, botellas	Reusables
Sistema de control	
Tipo	Hospitalario
Funcionamiento	Eléctrico / electrónico
Presión de funcionamiento	Rango inferior ≤ 0 mmHg
	Rango superior ≥ 250 mmHg
Sistema de extracción	Doble
Sistema de protección	Contra derrame/ sobrellenado / desbordamiento
Parámetros de funcionamiento	
Fase de estimulación	Requerido
Fase de extracción	Requerido
Regulación de presión	Manual, automática (opcional)
Accesorios	
Filtros de entrada de agua	Dos (2)
Canastillas para botellas	Tres (3) capacidad de la botella a elección del Establecimiento de Salud
Baterías	Las que necesite el equipo para su buen funcionamiento, recargables (en caso de aplicar)
Cargador de baterías	Que sea compatible con baterías (en caso de aplicar)
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	Baterías y/o 110 VAC ~ 127 VAC
Garantía técnica fabricante	Cinco (5) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos dos (02) de las siguientes certificaciones: IEC 60601-1 y CE (MDD 93/42/EEC o su equivalente) y/o FDA