

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	AGI-05-R07	
REVISIÓN:	SEPTIMA	
NOMBRE ECRI:	Agitadores de laboratorio	
CÓDIGO ECRI:	15-651	
NOMBRE GENÉRICO:	AGITADOR VÓRTEX	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Modo de funcionamiento	Continuo y Manual
Tipo de movimiento	Orbital
Intervalo de velocidad	≤ 3000 rpm
Control de velocidad	Regulable de min a max
Accesorios	
Cabezal para tubos de ensayo	Requerido con sujetador
Cabezal para microtubos	Requerido
Plataforma de goma	Dimensiones de acuerdo a necesidad del Establecimiento de Salud

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110 ~ 127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Cinco (05) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE