

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	AGI-09-R03	
REVISIÓN:	TERCERA	
NOMBRE ECRI:	Agitadores	
CÓDIGO ECRI:	23-462	
NOMBRE GENÉRICO:	AGITADOR DE PLAQUETAS CON INCUBADORA	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01-01-2019	Hasta: 31-12-2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Agitador de plaquetas	
Agitador de plaquetas	Lineal
Capacidad	≥ 84 bolsas de plaquetas
Velocidad	≤ 70 rpm
Ventilación	Circulación de aire uniforme
bandejas	
Cantidad	≥ 7 removibles
Tipo	Acero inoxidable, perforadas en una sola pieza
Incubador de plaquetas	
Cámara interna	Acero inoxidable Familia AISI 300
Puerta	Vidrio templado
Sistema de control	Microprocesador Temperatura programable
Temperatura	≥18 °C a ≤ 35 °C
Pantalla	Tipo LCD o TFT Visualización parametros de temperatura
Refrigerante	Gas libre de CFC, libre comercialización
Alarmas	
Alarma de paralización	Requerido
Puerta abierta	Audibles o visuales
Temperatura fuera de rango	Audibles o visuales
Falta de energía	Audibles o visuales
Accesorios	
Registrador gráfico	Requerido

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110 ~ 127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Cinco (5) años a partir de la recepción definitiva del bien.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE