

# DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



## DISPOSITIVO MÉDICO

### DATOS GENERALES

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>AGL-01-R09</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>NOVENA</b>	
<b>NOMBRE ECRI:</b>	<b>Visualizadores, de aglutinación</b>	
<b>CÓDIGO ECRI:</b>	<b>17-722</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>AGLUTINOSCOPIO DE SOBREMESA</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
Zona de Observación	Acrílico Difuso Blanco o Metracrilato Blanco Traslucido
Lámpara	Led, o fluorescente, o halógena
Movimiento oscilatorio	Requerido
Temperatura regulable	$\leq 0$ a $\geq 40$ °C
Control de iluminación	Requerido
Soporte	Sobremesa
Estructura	Acero inoxidable
<b>Accesorios</b>	
Lámpara de repuesto	Dos (02)

### OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110 ~ 127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Cinco (05) años a partir de la recepción definitiva del bien.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE