

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EL GOBIERNO DE TODOS

MOBILIARIO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	ARM-11-R10	
REVISIÓN:	DECIMA	
NOMBRE GENÉRICO:	VITRINA PARA MATERIAL ESTERIL FIJA	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Estructura	Acero inoxidable AISI \geq 304
Espesor	\geq 1mm
Compartimiento superior	Requerido, Dos (2) repisas regulables. Dos (2), puertas de vidrio con marco de acero inoxidable AISI \geq 304 y seguridad
Compartimiento inferior	Requerido, Dos (2) puertas y seguridad
Zócalo	Requerido
Dimensiones	Ancho: 90 cm; Fondo: 40 cm; Altura: 160 cm
Accesorios	
Copias de llaves	Dos (2)

OTRAS ESPECIFICACIONES

Garantía técnica fabricante	Tres (3) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	FDA y/o CE, y/o ISO, excepto los de fabricación nacional.