

**DIRECCIÓN NACIONAL DE
EQUIPAMIENTO SANITARIO**

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EL GOBIERNO
DE TODOS

DISPOSITIVO MÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	MEC-01-R08	
REVISIÓN:	OCTAVA	
NOMBRE ECRI:	MECHEROS DE BUNSEN	
CÓDIGO ECRI	17-691	
NOMBRE GENÉRICO:	MECHEROS DE BUNSEN A GAS	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Dimensiones	
Medidas aproximadas de tubo	Diámetro: ≤ 11 mm o su equivalencia. Altura: ≥ 120 mm o su equivalencia
Tipo de gas	Gas Butano y/o Natural
Sistemas de seguridad	
Válvula de seguridad	Que corte el paso del gas.
Estabilizador de llama	Requerido

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	No aplica
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO