

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	BAL-17-R01	
REVISIÓN:	PRIMERA	
NOMBRE ECRI:	Balanzas, electrónicas, analíticas	
CÓDIGO ECRI:	18-449	
NOMBRE GENÉRICO:	BALANZA ANALÍTICA DE PRECISIÓN CAPACIDAD 1000 GRAMOS PARA BOLSAS DE SANGRE	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Capacidad / Control / Funciones/ Visualización	
Capacidad	≥ 1000 gramos
Plato de pesaje	Acero Inoxidable o aluminio de alta resistencia.
Pantalla para visualización de	Requerido
Capacidad de lectura	≥ 10 gramos
Linealidad	≤ 10
Unidades de medición mínimas	Mínimo en gramos (gr).
Funciones	Tara, Hold, apagado automático.
Calibración	Interna y/o Externa
Interfaz	RS 232 y/o USB
Tiempo de estabilización	≤ 5 segundos
Accesorios	
Cobertor	Uno (1) para recubrimiento equipo.
peso de ajuste 500 g	Uno (1) para calibracion externa.
peso de ajuste 2000g	Uno (1) para calibracion externa.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110~240 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO