

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EL GOBIERNO DE TODOS

EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	BLO-01-R04	
REVISIÓN:	CUARTA	
NOMBRE ECRI:	Bloques calefactores	
CÓDIGO ECRI:	15-105	
NOMBRE GENÉRICO:	TERMOBLOQUE PARA TUBOS	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Control de temperatura	Digital
Uniformidad de temperatura	±1,0 °C
Pantalla digital	Requerido, independientes para temperatura y tiempo
Ajuste de temperatura	±0,1 °C
Alarmas	
Indicador de precaución por alta temperatura	Alarma visual por alta temperatura
Alarmas audible y/o visual	Fin de proceso
	Alcance de temperatura deseada
Accesorios	
Sonda de temperatura externa	Requerido, sonda RTD externa
Bloque	
Material	Resistente, acorde al requerimiento del equipo
Bloques intercambiables	Requerido
Tubos (de acuerdo a la necesidad del establecimiento de salud)	A elección de la unidad requirente de 0,2 ml a 50 ml
Capacidad	En relación a los tubos solicitados por la unidad requirente
Condiciones de funcionamiento	
Temperatura ambiente de trabajo	desde 18 °C a 33 °C
Humedad relativa de trabajo	de 20% a 80%, sin condensación
Tiempo de calentamiento	hasta 100 °C en un tiempo ≤ a 50 minutos
Tapa	Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 ~ 127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Cinco (05) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE