

# DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



## EQUIPO BIOMÉDICO

### DATOS GENERALES

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>CEN-11-R12</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>DUODÉCIMA</b>	
<b>NOMBRE ECRI:</b>	<b>Centrifugas, de mesa, baja velocidad, para citología</b>	
<b>CÓDIGO ECRI:</b>	<b>16-765</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>CENTRIFUGA PARA SEDIMENTACIÓN, MEDIA PRODUCCIÓN</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
Sistema de control	Programable tiempo y velocidad
Velocidad	≤ 15000 rpm
RCF	≥ 2000 x g
Temporizador	Requerido más marcha permanente o posición sostenida
Nivel de ruido	≤ 60 dB
Visualización de tiempo y velocidad	LCD o LED
<b>Rotor</b>	
Número de tubos	≥ 20 tubos de 2 a 10 ml
Diseño	Permita acople de diferentes tipos de adaptadores o rotores
Tipo	Ángulo fijo o cubo pivotante (basculante) o tubo vertical
<b>Seguridad</b>	
Indicadores mínimos	Audibles o visuales o fin de ciclo
Bloqueo de tapa	Requerido

### OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110 ~ 127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Cinco (05) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE