

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	CEN-12-R10	
REVISIÓN:	DECIMA	
NOMBRE ECRI:	Centrífuga	
CÓDIGO ECRI:	10-778	
NOMBRE GENÉRICO:	CENTRIFUGA SEROFUGE	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01-01-2019	Hasta: 31-12-2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Tipo	Centrífuga serófuge
Capacidad de tubo	≥ 2 ml o su equivalente
Sistema de control	Programable tiempo y velocidad
Velocidad	≥ 3400 rpm
RCF	≥ 1,8 x g
Temporizador	≥ 0 a ≤ 99 minutos, y marcha permanente
Rotor	
Número de tubos	≥ 12
Tipo	≥ 45 °°
Visualización	
Parámetros	Tiempo y velocidad
Seguridad	
Alarmas	Audibles o visuales
Bloqueo de tapa	Requerido
Freno de control variable	Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO