

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



DISPOSITIVO MÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	CON-18-R06	
REVISIÓN:	SEXTA	
NOMBRE ECRI:	CONGELADORES, LABORATORIO	
CÓDIGO ECRI:	15-145	
NOMBRE GENÉRICO:	CONGELADOR LABORATORIO BAJA TEMPERATURA, -30°C a -5°, C 90 ~ 140 LITROS	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Tipología	
Tipo de congelador	Baja temperatura.
Capacidad de cámara	≥ 90 litros hasta ≤140 litros.
Estructura	
Tipo de material interno	Acero o acero inoxidable.
Tipo de material externo	Acero o acero inoxidable.
Temperatura	
Rango Temperatura	≥ -30°C a ≤ -5°C.
Visualización de parámetros	
Pantalla de visualización de temperatura	Requerido.
Alarmas	
Alarmas de fallo y mal funcionamiento	Requerido.
Accesorios	
Número mínimo Bandejas en acero inoxidable	Dos(2).
Regulador o estabilizador de Voltaje para el equipo	Uno (1).

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	220 ~ 240 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Cinco (5) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	CE o FDA