

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	CON-20-R04	
REVISIÓN:	CUARTO	
NOMBRE ECRI:	Selladores Estériles para Tubos Termoplásticos, Conexión	
CÓDIGO ECRI:	24-876	
NOMBRE GENÉRICO:	CONECTOR DE TUBOS ESTERILES	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01-01-2019	Hasta: 31-12-2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Estructura	Acero inoxidable o material anticorrosivo
	Facil manejo
	Diseño compacto
Sistema de sellado	Automático
	Temperatura controlada o radio frecuencia
	Laminillas o cuchillas o cartuchos.
	Fijación para tubuladuras (clamp)
	Compatible con todos los tubuladuras estandar
Pantalla	LCD
Alarmas	Requerido
Accesorios	
Consumibles	Una (1) caja de cuchillas / cassettes / cartuchos
Soporte para bolsas	Requerido
Bandeja de desechos	Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Cinco (5) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE