

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EL GOBIERNO DE TODOS

DISPOSITIVO MÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	CON-24-R02	
REVISIÓN:	SEGUNDA	
NOMBRE ECRI:	Congeladores, laboratorio	
CÓDIGO ECRI:	15-145	
NOMBRE GENÉRICO:	CONGELADOR DE PLASMA ~350 BOLSAS	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01-01-2019	Hasta: 31-12-2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Congelador	Para bolsas de plasma.
Capacidad	≥ 320 a ≤ 460 bolsas o su equivalente en litros
Estructura	
Tipo de material interno	Cámara interna fabricada en acero inoxidable Familia AISI 300
Bandejas	≥ 5 deslizables Acero inoxidable Familia AISI 300
Tipo de material externo	Cámara externa fabricada en acero inoxidable Familia AISI 300 Protección de pintura electrostática
Puerta	Cierre de seguridad hermético Dos (2) juegos de llaves
Ruedas	≥ (2), para facilitar traslado
Descongelación	manual / automática
Pantalla	Tipo LCD o TFT o Touch visualización de parámetros de temperatura.
Sistema de control	
Rango	≥ -30°C a -40°C
Resolución	0.1 ° C
Trazabilidad	registro de temperatura
control de calidad	Requerido
Alarmas	
Puerta abierta	Audibles o visuales
Temperatura fuera de rango	Audibles o visuales
Falta de energía	Audibles o visuales
Accesorios	
Registrador gráfico	Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	220 -240 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Cinco (5) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.

Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE
------------------------------------	--