

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



MOBILIARIO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	DIS-04-R07	
REVISIÓN:	SÉPTIMA	
NOMBRE GENÉRICO:	DISPENSADOR DE AGUA	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
ESTRUCTURA	
Material	Plástico de alta resistencia
Bandeja para goteo	Requerido
Capacidad	Cuatro (4) ± un (1) galón, o su equivalencia
Luces LED indicadoras	Para agua fría y agua caliente
Válvulas	Agua fría
	Agua caliente
Ubicación	Colocado directamente al piso con una altura ≥ 1 m.
FUNCIONES	
Temperatura de enfriamiento	≤ 11 °C
Temperatura de calentamiento	≥ 65 °C
ACCESORIOS	
Botellón	Requerido
Portavasos	Requerido
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 ~ 127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Tres (03) años a partir de la fecha de recepción definitiva del bien.
Certificados de Calidad del Equipo	No aplica