

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	EQU-46-R04	
REVISIÓN:	CUARTA	
NOMBRE ECRI:	Otoscopio, oftalmoscopio	
CÓDIGO ECRI:	18-595	
NOMBRE GENÉRICO:	SET DE DIAGNOSTICO	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Tipo	Set de diagnóstico, portátil
Oftalmoscopio	
Cabezal	Compatible con los mangos
Fuente de luz	LED o XENÓN
Tiempo de vida útil de la lámpara	≥ 10.000 horas
Aperturas	≥ 5 aperturas
Filtros	≥ 2 filtros (a elección del establecimiento de Salud)
Voltaje	3.5 V
Otoscopio	
Cabezal	Compatible con los mangos
Luz	LED
Tiempo de vida útil de la lámpara	≥ 10.000 horas
Transmisión	Fibra óptica
Capacidad para pruebas neumáticas	Requerido
Aumento	≥ 3x
Voltaje	3.5 V
Mangos	
Diseño	Antideslizante (con acabado rugoso o estriado)
Conector	Para enchufar a pared, estándar Nacional
Control	Intensidad de luminosidad
Accesorios	
Espéculos para otoscopio	Veinte (20), tamaño a elección del Establecimiento de Salud
Baterías	Una (1) por cada mango
Oftalmoscopio	Un (1)
Otoscopio	Un (1)
Estuche	Uno (1) original de fábrica
Mangos	Dos (2)

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110 VAC ~ 127 VAC
Garantía técnica fabricante	Cinco (5) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA y/o CE