

# DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



## EQUIPO BIOMÉDICO

### DATOS GENERALES

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>EST-18-R03</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>TERCERA</b>	
<b>NOMBRE ECRI:</b>	<b>Incubadora, de laboratorio</b>	
<b>CÓDIGO ECRI:</b>	<b>27-888</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>ESTUFA INCUBADORA DE 50 LITROS</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2019</b>	<b>Hasta: 31/12/2019</b>

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
Material de la cámara	Acero Inoxidable
Puertas y/o cámara	Con aislamiento térmico
Sensor de temperatura	$\geq 0,1$ °C
Visualización de parámetros	Temperatura y tiempo
Temperatura regulable	$\leq 250$ °C.
Sistema de control	Digital o análogo
Capacidad	Dentro de rango de 50 a 100 litros
Circulación de aire	Requerido.
<b>Alarmas</b>	
Cambio de temperatura prefijada	Requerido.
<b>Accesorios</b>	
Impresora integrada o externa	Para registro diario de temperatura
Bandejas o rejillas	Dos (02) unidades fabricadas en acero inoxidable.
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
Energía / Alimentación	110 ~ 127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Cinco (5) años a partir de la recepción definitiva del bien
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE