

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA



EQUIPO BIOMÉDICO

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	EST-21-R06	
REVISIÓN:	SEXTA	
NOMBRE ECRI:	Unidades Esterilizadoras, Calor Seco	
CÓDIGO ECRI:	16-142	
NOMBRE GENÉRICO:	ESTERILIZADORA DE CALOR SECO 50-250 °C, DE 30 A 35 LITROS	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2019	Hasta: 31/12/2019

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Cámara	
Tipo de material	Acero inoxidable.
Capacidad	≥ 30 a ≤ 35 litros
Sistema de Temperatura	
Temperatura regulable	≥ 50 °C a ≥ 250 °C.
Termostato o sistema de seguridad de temperatura	Requerido.
Sistema de ventilación	
Suministro de aire	Regulable
Temporización	
Control de temporización	Requerido.
Rango de temporización	≥ 90 horas.
Visualización de parámetros	
Pantalla de visualización	Requerido.
Parámetros mínimos de visualización	Temperatura y tiempo de funcionamiento.
Accesorios	
Bandeja extraíble en acero inoxidable	Dos (2).

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110~127 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Cinco (5) años a partir de la recepción del bien.
Certificados de Calidad del Equipo	CE